

**SỞ Y TẾ BẮC KẠN
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH**

Số : 40 /TM-BVĐK
V/v Mời báo giá trang thiết bị y tế
chẩn đoán Invitro

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bắc Kạn, ngày 06 tháng 01 năm 2023

THƯ MỜI

Kính gửi: Các Công ty cung cấp trang thiết bị y tế chẩn đoán Invitro

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn có nhu cầu cần mua sắm trang thiết bị y tế chẩn đoán Invitro với các nội dung cụ thể như sau:

(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm).

Tên gói thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế chẩn đoán Invitro phục vụ công tác chuyên môn.


Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn đề nghị nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm thực hiện cung cấp gói thầu nêu trên, gửi báo giá về phòng Kế hoạch Tổng hợp trước 10h00 ngày 10 tháng 01 năm 2023, theo địa chỉ: Phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn, tổ 12, phường Nguyễn Thị Minh khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn./.

Nơi nhận:

Gửi bằng bản giấy:

- Như kính gửi;
- Phòng Kế hoạch tổng hợp;
- Phòng Tài chính kế toán;
- Phòng KHTH (Công khai trên trang TTĐT);
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC



Trần Văn Tuyền

DANH MỤC CHI TIẾT

(Kèm theo Thư mời số: 40/TM-BVĐK, ngày 06/01/2022 của phòng Bệnh viện đa khoa tỉnh)

ST T	Tên trang thiết bị y tế	Tên thương mại	Mã sản phẩm	Thông số kỹ thuật	Quy cách đóng gói	Hãng sản xuất	Xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)	Phân nhóm kỹ thuật theo TT 14	Phân loại trang thiết bị y tế (A;B;C;D)
1	Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng vi rút HIV	HIV Ab&Ag	IVCO MB.C E.96	Độ đặc hiệu chẩn đoán là 100%. Độ nhạy chẩn đoán 100% Tiêu chuẩn chất lượng ISO hoặc tương đương	Hộp 96 test			Hộp	4			Nhóm 3	
2	Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng nguyên bề mặt Hepatitis B	HBs Ag One Version ULTRA	SAG1 ULTR A.CE.9 6	Độ nhạy chẩn đoán: 100% Độ đặc hiệu chẩn đoán: > 99,5% Độ chụm: mẫu âm tính: 16%; chất hiệu chuẩn: 8% Tiêu chuẩn chất lượng ISO hoặc tương đương	Hộp 96 test			Hộp	4			Nhóm 3	
3	Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng vi rút Hepatitis C	HCV Ab	CVAB .CE.96	Độ đặc hiệu là 100%. Độ nhạy chẩn đoán 100% Tiêu chuẩn chất lượng ISO hoặc tương đương	Hộp 96 test			Hộp	4			Nhóm 3	
4	Thuốc thử xét nghiệm định nhóm máu A	Monoclon al Anti A	BGRA A10	Dòng tế bào Anti A BRMA-1 sẽ phát hiện kháng nguyên A. Anti A có màu xanh lam Tiêu chuẩn chất lượng ISO hoặc tương đương	Lọ 10ml			Lọ	4			Nhóm 3	
5	Thuốc thử xét nghiệm định nhóm máu B	Monoclon al Anti B	BGRB B10	Dòng tế bào Anti B LB-2 sẽ phát hiện kháng nguyên B. Anti có màu vàng Tiêu chuẩn chất lượng ISO hoặc tương đương	Lọ 10ml			Lọ	4			Nhóm 3	

6	Thuốc thử xét nghiệm định nhóm máu AB	Monoclon al Anti AB	BGRA B10	Dòng tế bào Anti AB ES-4 / ES-15 sẽ phát hiện kháng nguyên A, Ax hoặc B. Anti AB không có màu Tiêu chuẩn chất lượng ISO hoặc tương đương	Lọ 10ml				Lọ	4			Nhóm 3	
7	Thuốc thử xét nghiệm định nhóm máu D	Anti D IgG/IgM Blend	BGRD B10	Dung dịch có chứa nồng độ protein thấp và IgM đơn dòng của người và IgG kháng D. Thuốc thử này sẽ trực tiếp ngưng kết các tế bào Rh D dương tính, bao gồm phần lớn các biến thể (nhưng không phải DVI) và tỷ lệ D yếu (Du) cao. Tiêu chuẩn chất lượng ISO hoặc tương đương	Lọ 10ml				Lọ	4			Nhóm 3	