

Số: /BVĐK-KHTH
V/v Mời báo giá sửa chữa thay thế
linh kiện hệ thống lọc nước RO
Model: VS RO2500

Bắc Kạn, ngày tháng 8 năm 2023

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm, sửa chữa thay thế linh kiện hệ thống lọc nước RO Model: VS RO2500, tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Trần Văn Bắc; viên chức quản lý trang thiết bị; số điện thoại: 0987800867; địa chỉ gmail: tranbactbyt@gmail.com.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn.

- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 7h00 ngày 02 tháng 8 năm 2023 đến trước 17h00 ngày 11 tháng 08 năm 2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 11 tháng 08 năm 2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

(Mô tả cụ thể tại Bảng mô tả đính kèm).

Nơi nhận:

Gửi bản giấy:

- Như kính gửi;
- Phòng Tài chính kế toán;
- Phòng KHTH (Đăng tải trên trang TTĐT);
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

Trần Văn Tuyền

DANH MỤC CHI TIẾT

(Kèm theo công văn số: /BVĐK-KHTH, ngày 01/8/2023 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn)

S T T	Danh mục dịch vụ		Mô tả dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ
	Tên trang thiết bị	Tên linh kiện sửa chữa, thay thế					
1	Hệ thống lọc nước RO Model: VS RO2500	Lõi lọc nước thẩm thấu ngược RO, model LCLE-4040, dùng trong hệ thống lọc nước	Áp suất tối đa 600 psi (41 bar) Nồng độ Chlorine lớn nhất < 0,1 ppm Độ đục của nước cấp 1.0 NTU Dải PH hoạt động 2-11 Tỉ lệ loại muối tối thiểu > 99% Lưu lượng tối đa: 3,6m ³ / giờ	Cái	08	Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn	30/8/2023
2		Chi phí gửi mẫu nước RO kiểm định các chỉ tiêu hóa lý, nội độc tố, tổng số vi sinh vật theo tiêu chuẩn ISO 23500-3:2019(E) đối với nước RO dùng trong lọc máu và các trị liệu liên quan.		Mẫu	01	Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn	30/08/2023
3		Chi phí vận chuyển, nhân công kỹ thuật thay thế linh kiện hiệu chuẩn các thông số kỹ thuật và chạy thử hệ thống		Lần	01	Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn	30/08/2023