

Số: /BVĐK-KHTH
V/v Mời báo giá trang thiết bị y tế
phục vụ công tác xét nghiệm.

Bắc Kạn, ngày tháng 8 năm 2023

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác xét nghiệm tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Đồng Phúc Trịnh; viên chức phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn; số điện thoại: 0986361222; địa chỉ gmail: trinhbvdtk@gmail.com.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện, đường chuyển phát tại địa chỉ: Bộ phận Văn thư phòng Tổ chức - Hành chính, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14h00 ngày 11 tháng 08 năm 2023 đến trước 17h00 ngày 21 tháng 08 năm 2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 21 tháng 08 năm 2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục trang thiết bị y tế

ST T	Tên trang thiết bị	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/ Khối lượng	Đơn vị tính
1	Dung dịch rửa dùng cho máy phân tích huyết học	Hóa chất để sử dụng như một chất làm sạch cho các bộ phận của máy khi tiếp xúc với máu. Sử dụng tương thích với hệ thống phân tích tế bào huyết học. Thành phần: Dung dịch chứa enzym phân giải protein	1	Hộp

2	IVD ly giải hồng cầu và bảo vệ bạch cầu trong xét nghiệm huyết học	Mục đích: Hóa chất để thực hiện phân tích năm thành phần bạch cầu trong một mẫu máu trên hệ thống phân tích tế bào huyết học tự động. Thành phần gồm hai loại Hóa chất: Hóa chất Erythrolyse (yếu tố làm ẩm, Formic Acid), Hóa chất StaliLyse (Sodium Carbonate, Natri clorua, Natri sunfat)	1	Hộp
3	Dung dịch pha loãng dùng cho xét nghiệm huyết học	Sử dụng như một dung dịch đệm pha loãng đẳng trương kết hợp với một tác nhân ly giải không chứa cyanide dùng để đếm và định cỡ các tế bào máu trên hệ thống phân tích tế bào huyết học tự động. Thành phần: Sodium Sulfate 13.73 g/L, Sodium Chloride 1.04 g/L, Tetracaine HCL 0.02 g/L, Imidazole 2.85 g/L.	28	Hộp
4	Thuốc thử xét nghiệm xác định thời gian prothrombin (PT) và định lượng fibrinogen	Hóa chất dùng để xét nghiệm thời gian PT, $ISI \leq 1,05$ trên hệ thống máy đông máu tự động. Dạng bột khô. Thành phần chứa: Yếu tố mô người tái tổ hợp, phospholipid tổng hợp, chất ổn định, chất bảo quản và đệm. Độ ổn định sử dụng sau khi hoàn nguyên (hoặc mở nắp) ≥ 10 ngày ở nhiệt độ 2 - 8 độ C và ≥ 4 ngày ở 15 độ C trên máy	1	Hộp
5	Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 24 thông số đông máu	Hóa chất dùng để kiểm chuẩn cho xét nghiệm đông máu như PT, APTT, TT, Fibrinogen, các loại yếu tố, yếu tố Von Willebrand, Antithrombin, Plasminogen, Plasmin Inhibitor, Protein S, Protein C, Hepatocomplex ở dải đo bình thường Dạng bột khô. Thời gian ổn định 24 giờ nhiệt độ 2 - 8 độ C và nhiệt độ 15 - 25 độ C với xét nghiệm PT, APTT, Fibrinogen, TT	1	Hộp
6	Dung dịch rửa dùng cho máy xét nghiệm đông máu	Dạng lỏng. Thành phần bao gồm Sodium azide 0.1%	4	Bình
7	Vật chứa mẫu dùng cho máy xét nghiệm đông máu	Cóng phản ứng dùng trên hệ thống máy xét nghiệm đông máu ACL . Dạng rotor tròn, 20 vị trí	1	Hộp

8	Chất thử, hóa chất chẩn đoán, dung dịch rửa dùng trên máy phân tích nhóm máu	Thành phần: Vi ống N chứa: dung dịch đệm không có kháng thể. Tính năng: Định loại tế bào hồng cầu và xác định nhóm máu ABO ngược. Hồng cầu mẫu cho sàng lọc/định danh kháng thể bất thường.	1	Hộp
9	Sinh phẩm y tế dùng trong chẩn đoán in-vitro	Vi cột AHG: Kháng thể đa dòng đặc hiệu kháng globulin (hỗn hợp kháng thể kháng IgG và kháng thể đơn dòng kháng C3d), dung dịch đệm có lực ion hóa thấp (LISS). Tính năng: Dùng cho xét nghiệm Coombs trực tiếp và gián tiếp (xét nghiệm hòa hợp trong môi trường có Immunoglobulin)	1	Hộp
10	Dung dịch pha loãng mẫu dùng cho xét nghiệm phân tích nhóm máu	Thành phần: Mỗi lọ chứa dung dịch đệm có lực ion thấp với thành phần chính là glycin 1,37% và glucose 0,85%. Tính năng: Hóa chất dùng để chuẩn bị hỗn dịch hồng cầu của bệnh nhân	3	Hộp

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Địa điểm cung cấp tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn; nhà thầu có trách nhiệm vận chuyển, cung cấp, bảo quản trang thiết bị y tế đảm bảo đúng quy định của nhà sản xuất đến địa điểm bàn giao tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Cung cấp một lần. Trong vòng 05 ngày kể từ khi nhận được dự trù của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn nhà thầu có trách nhiệm giao hàng theo dự trù.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Việc thanh toán đối với hợp đồng được thực hiện sau khi nghiệm thu với giá trị tương ứng với khối lượng công việc đã thực hiện./.

Nơi nhận:

Gửi bản điện tử:

- Như kính gửi (Đề nghị báo giá);
- Phòng Tài chính kế toán;
- Phòng KHTH (Đăng tải trên trang TTĐT);
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

Trần Văn Tuyền