

SỞ Y TẾ BẮC KẠN
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH

Số: /BVĐK-KHTH

V/v Mời báo giá sửa chữa 02 Máy gây
mê kèm thở Datex-Ohmea. Model:
Aespire 7900

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Kạn, ngày tháng 12 năm 2023

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam.

Căn cứ Thông tư 14/2023/TT-BYT ngày 30/6/2023 của Bộ Y tế về Quy định trình tự, thủ tục xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập;

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu sửa chữa 02 Máy gây mê kèm thở Datex-Ohmea. Model: Aespire 7900; tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn, với nội dung cụ thể như sau:

1. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Trần Văn Bắc; viên chức quản lý trang thiết bị; số điện thoại: 0987800867; địa chỉ gmail: tranbactbyt@gmail.com.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận báo giá trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc chuyển phát tại địa chỉ: Bộ phận văn thư phòng Tổ chức - Hành chính Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14h00 ngày 7 tháng 12 năm 2023 đến trước 08h00 ngày 18 tháng 12 năm 2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 18 tháng 12 năm 2023.

6. Đề nghị các công ty báo giá theo đúng biểu mẫu Thông tư 14/2023/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Bộ Y tế.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

(Mô tả cụ thể tại Bảng mô tả đính kèm).

Nơi nhận:

Gửi bản điện tử:

- Như kính gửi;
- Phòng Tài chính kế toán;
- Phòng KHTH (Đăng tải trên trang TTĐT);
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

Hoàng Xuân Sơn

DANH MỤC CHI TIẾT

Sửa chữa 02 máy gây mê kèm thở Datex-Ohmea. Model: Aespire 7900

(Kèm theo công văn số: /BVĐK-KHTH, ngày /12/2023 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn)

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ
1	- Sửa chữa Modul cảm biến oxygen. 1009-5570 (máy gây mê kèm thở).	- Sửa chữa, bảo dưỡng và thay thế linh phụ kiện cho modul cảm biến oxy và dây cáp nối tín hiệu. 1009-5570.	Lần	1	Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn	15/1/2024
	- Sửa chữa modul sensor cảm biến lưu lượng. 1503-3858 (máy gây mê kèm thở).	- Sửa chữa, bảo dưỡng, và thay thế linh phụ kiện cho modul cảm biến lưu lượng. 1503-3858.	Lần	1	Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn	15/1/2024
	- Sửa chữa khối lồng xếp đẩy lưu lượng thông khí ra. ANKR11746 (máy gây mê kèm thở).	- Sửa chữa, bảo dưỡng, và thay thế linh phụ kiện cho khối lồng xếp đẩy lưu lượng thông khí ra. ANKR11746.	Lần	1	Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn	15/1/2024
2	- Sửa chữa modul cảm biến oxy. 1009-5570 (máy gây mê kèm thở).	- Sửa chữa, bảo dưỡng và thay thế linh phụ kiện cho modul cảm biến oxy. 1009-5570.	Lần	1	Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn	15/1/2024
	- Sửa chữa khối AIR pump tạo áp lực thông khí. 1407-7008 (máy gây mê kèm thở).	- Sửa chữa, bảo dưỡng, và thay thế linh phụ kiện cho khối AIR pump tạo áp lực thông khí. 1407-7008.	Lần	1	Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn	15/1/2024
	- Sửa chữa modul cảm biến lưu lượng. 143003 (máy gây mê kèm thở).	- Sửa chữa modul cảm biến lưu lượng. 143003.	Lần	1	Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn	15/1/2024
	- Sửa chữa bộ Plow van điều khiển. 1407-3100 (máy gây mê kèm thở).	- Sửa chữa, bảo dưỡng và thay thế chi tiết, linh kiện cho bộ plow van điều khiển. 1407-3100.	Lần	1	Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn	15/1/2024

