

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá dự toán mua sắm dụng cụ, vật tư y tế bổ sung năm 2025 tại Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn, với nội dung cụ thể như sau:

- I. Thông tin của đơn vị báo giá:**

**1. Đơn vị yêu cầu báo giá:**  
Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn.  
Địa chỉ: Tổ dân phố số 4C, phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên.

**2. Thông tin liên hệ:**  
Bà: Ngô Thị Hoa - Phòng Vật tư- Thiết bị y tế.  
Số điện thoại: 0395 603 763;  
Email: vttbyt.dkbk@gmail.com

**3. Cách thức tiếp nhận báo giá:**  
Nhận bản cứng qua Bộ phận văn thư, phòng Tổ chức hành chính, Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn.

**4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:** Từ 08h00 ngày 20 tháng 8 năm 2025 đến trước 16h30 ngày 03 tháng 9 năm 2025  
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

**5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:** Tối thiểu 150 ngày kể từ ngày 03 tháng 9 năm 2025.

**II. Nội dung yêu cầu báo giá:**

**1. Danh mục hàng hoá**

| STT | Danh mục hàng hoá              | Đơn vị tính | Yêu cầu kỹ thuật (Tham khảo )                                                                                                                                                                                                                                                                               | Số lượng | Ghi chú |
|-----|--------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| 1   | Đèn dùng trong phòng khám y tế | Cái         | Nguồn điện : 220V-50Hz<br>Điện áp của bóng đèn : 24V<br>Công suất của bóng đèn: 25W<br>Độ chiếu sáng : ≥12.000 Lux<br>Thay đổi độ cao đèn từ : 90-160cm<br>Dây nguồn dài : 1m6<br>Tay nắm xoay đầu đèn :360 độ<br>Trọng lượng tịnh : 9.5kg<br>Kích thước đèn : 120x30x28cm<br>Kiểu dáng thanh thoát ưa nhìn | 01       |         |
| 2   | Tấm dán điện xung              | Cái         | Kích thước 4 x 6cm                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 200      |         |

|    |                                    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |  |
|----|------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|
| 3  | Dây máy điện châm (4 đầu ra)       | Cái | Giắc cắm chân tròn, 1 dây có 4 đầu ra, dây dài 1m2                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20  |  |
| 4  | Dây máy điện châm (2đầu ra)        | Cái | giắc cắm chân vuông 1 dây có 2 đầu ra, dây dài 1m2                                                                                                                                                                                                                                                                               | 50  |  |
| 5  | Nhang ngải cứu                     | Cặp | Thành phần : Ngải nhung đặc chế, hương liệu dược thảo,tinh dược bí truyền<br>Nguyên lý: Truyền nhiệt năng vào huyết đạo, làm tan máu bầm, giảm đau, giảm sưng<br>đặc điểm: cháy lâu, nóng bền, không rớt tàn                                                                                                                     | 30  |  |
| 6  | Giường khám (Giường thủ thuật)     | Bộ  | Kích thước: 1800mm x600mm x650mm<br>- Vật liệu: Thép inox sux 201<br>- Giá giường chia làm 2 đoạn bằng hợp 10mmx40mm<br>- Phần đầu nâng 600mm, góc nâng từ 0- 45 độ<br>- Đầu giường bằng thép inox hợp 30mm x 60mm<br>- giường được lắp ghép bằng công nghệ hàn TIG, có độ bền cao<br>- Đệm mút BE bọc da Simili cao cấp dày 5cm | 03  |  |
| 7  | Cân sức khỏe có thước đo chiều cao | Bộ  | Tải trọng tối đa: 160kg.<br>- Phạm vi đo chiều cao 70 ~ 190 cm.<br>- Đơn vị chia chiều cao 0.5cm.<br>- Kích thước bề 38.5 x 28cm.<br>- Kích thước tổng thể 90 x 35 x 30.5cm.<br>- Kích thước thùng 89.5 x 29 x 25.5cm.<br>- Trọng lượng 8kg (10kg cả thùng).                                                                     | 01  |  |
| 8  | Xe tiêm 3 tầng                     | Gói | Kích thước: 650 x 450 x 900 mm ±5%<br>- Chất liệu: Inox<br>- Được chia làm 3 tầng để đồ<br>- Tải trọng: 60kg<br>- có 4 bánh xe di động, 2 bánh khóa                                                                                                                                                                              | 03  |  |
| 9  | Tay dao đốt điện                   | Cái | Dùng trong phẫu thuật                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100 |  |
| 10 | Đèn đọc phim                       | Cái | Đọc được các cỡ phim chụp XQ quy ước(Bao gồm cả phim chụp CT)                                                                                                                                                                                                                                                                    | 02  |  |
| 11 | Đồng hồ đo oxy y tế                | Cái | Áp lực đầu vào: 15 MPa<br>Áp lực đầu ra: 0,2- 0,3MPa<br>Van an toàn: 0,35 ± 0,05 MPa<br>Lưu lượng :1-10 L/min, 1-15L/phút<br>Nhiệt độ tối đa 121°C áp suất 0.142MPa                                                                                                                                                              | 05  |  |

Yêu cầu báo giá đã bao gồm chi phí vận chuyển, bảo hiểm, bảo quản và toàn bộ các loại thuế, phí liên quan.

**Lưu ý:**

“Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam” sau đây gọi chung là “Các đơn vị”

-Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu, danh từ riêng (nếu có) trong bảng danh mục vật tư y tế nêu trên chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật khó mô tả, các đơn vị có thể lựa chọn báo giá hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải bảo đảm yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật, đặt tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “ưu việt” hơn hẳn so với yêu cầu tối thiểu đồng thời phải phù hợp với trang thiết bị hiện có của đơn vị sử dụng, tương đương được hiểu tương đương về đặc tính kỹ thuật, tiêu chuẩn công nghệ, tính năng sử dụng.

-Đối với các yêu cầu ở mức “khoảng” mà chưa cụ thể sai số cho phép tại nội dung đó thì khoảng sai số cho phép so với yêu cầu  $\geq$  được đánh giá là đáp ứng.

Yêu cầu về tương đương:

- + Tương đương về chủng loại;
- + Tương đương về tiêu chuẩn kỹ thuật (Thiết kế, tính năng sử dụng, công nghệ chế tạo, tiêu chuẩn công nghệ.
- + Đối với các tên hàng hóa, tiêu chí kỹ thuật, công nghệ... có cụm từ “hoặc tương đương” yêu cầu nhà thầu khi báo giá lại hàng hóa cụ thể của đơn vị mình cung cấp, không ghi thêm cụm từ “hoặc tương đương”
- + Các tính năng kỹ thuật, công năng sử dụng và tiêu chuẩn công nghệ của hàng hóa các đơn vị báo giá “tương đương” hoặc “tốt hơn” so với yêu cầu trong bảng “ danh mục vật tư y tế”, các đơn vị phải cung cấp các tài liệu để chứng minh “tương đương” hoặc “tốt hơn”

**2. Địa điểm cung cấp, các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, bảo quản:**

- Địa điểm cung cấp: Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn, địa chỉ: Tổ dân phố số 4C, phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên.

- Các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp: tháng 9/2025

- Bảo quản: theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, phải đảm bảo được đóng gói nguyên đai, nguyên kiện.

**3. Thời gian giao hàng dự kiến: Tháng 09/2025**

**4. Các thông tin khác (nếu có):**

Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

Gửi bản điện tử:

- Như kính gửi;
- Phòng Tài chính kế toán (Đăng tải trên Hệ thống mạng Đầu thầu Quốc gia
- Phòng KHTH (Đăng tải Website Bệnh viện);

Gửi bản giấy:

- Lưu: VT, VT – TBYT.

**GIÁM ĐỐC**

**Hoàng Xuân Sơn**

## BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn

Trên cơ sở yêu cầu báo giá số:...., ngày .....tháng.....năm... của Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn, chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] ; Mã số thuế: .....

Báo giá cho các mặt hàng như sau:

| ST T | Tên hàng hóa | Tên thương mại | Ký mã hiệu | Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật | Hãng sản xuất | Nước sản xuất | Năm sản xuất | Tiêu chuẩn chất lượng | Mã HS | Giấy phép lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu | Quy cách | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (VND) | Thành tiền | Ghi chú |
|------|--------------|----------------|------------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|-----------------------|-------|-----------------------------------------|----------|-------------|----------|---------------|------------|---------|
| 1    | 2            | 3              | 4          | 5                        | 6             | 7             | 8            | 9                     | 10    | 11                                      | 12       | 13          | 14       | 15            | 16         | 17      |
| 1    |              |                |            |                          |               |               |              |                       |       |                                         |          |             |          |               |            |         |
| 2    |              |                |            |                          |               |               |              |                       |       |                                         |          |             |          |               |            |         |

### Lưu ý:

Các đơn vị gửi kèm giấy phép lưu hành/ giấy phép nhập khẩu/ các giấy tờ liên quan đến nguồn gốc sản phẩm

1. Giá trên đã bao gồm tất cả chi phí vận chuyển, bảo hiểm, bảo quản liên quan và các loại thuế, phí theo quy định của pháp luật.

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 150 ngày, kể từ ngày các hãng sản xuất, nhà cung cấp phát hành báo giá.

3. Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn, địa chỉ: Tổ dân phố số 4C, phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên.  
Yêu cầu báo giá đã bao gồm chi phí vận chuyển, bảo hiểm, bảo quản và toàn bộ các loại thuế, phí liên quan.

4. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 5 ngày kể từ khi nhận được thông tin yêu cầu của Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn.

5. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

Đồng tiền thanh toán là: đồng

Việc thanh toán được thực hiện với giá trị tương ứng khối lượng công việc đã thực hiện và bên cung ứng nộp đủ các chứng từ thanh toán./.

6.Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

**Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp**

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))